



Rawicz dnia 28.10.2022r.

NLO-3820-13/TP/22

Do wiadomości

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: **„Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku”**

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień: II

**Pytanie nr 1**

Część 13:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje wody do nawilżania tlenu jednorazowego użytku spełniającej normy i wymagania stawiane wyrobom medycznym klasy IIa z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o sprecyzowanie czy woda do inhalacji ma posiadać dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H<sub>2</sub>O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dźwiękowego alarmu bezpieczeństwa.**

**Pytanie nr 2**

Część 17:Poz.1:

Z uwagi na niewielkie zapotrzebowanie (czyli 2szt) prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki na rzecz przedłożenie karty katalogowej potwierdzającej spełnienie opisu przedmiotu zamówienia. Wymagana 1szt stanowi 50% zapotrzebowania w przetargu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dział Logistyki  
Starszy Inspektor  
Agata Bęcela