



Rawicz dnia 20.12.2022r.

NLO-3820-17/TP/22

Do wiadomości

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: **„Zakup i dostawa asortymentu do zabiegów laparoskopowych”**

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Część nr 3 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar o średnicy 5mm z kaniulą wyposażoną w system fiksacji o długości 70 i 100 mm? Atraumatyczny obturator optyczny bez noża, posiadający bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielanie tkanek. Trokar posiadający dwustopniowy zawór do insuflatora. Pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Część nr 3 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar o średnicy 5mm z kaniulą wyposażoną w system fiksacji o długości 70 i 100 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, dwustopniowym zaworem insuflacja/desuflacja. Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Produkt sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Część nr 3 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar o średnicy z 11 mm z kaniulą wyposażoną w system fiksacji o dł.100 mm z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielanie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja. Kaniula karbowana, samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Część nr 3 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar laparoskopowy o średnicy 11 mm z z kaniulą wyposażoną w system fiksacji o dł.100 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym

naostrzonym obustronnie. Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11 mm (bez konieczności używania redukcji). Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Produkt sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Część nr 3 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar o średnicy 12 mm z kaniulą wyposażoną w system fiksacji o dł.100 mm, samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielanie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Trokar pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Część nr 3 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy trokar o średnicy 12 mm z kaniulą wyposażoną w system fiksacji o dł.100 mm z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym naostrzonym obustronnie, średnica 12 mm, z kaniulą karbowaną, trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2). Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Ostrze w bezpiecznej osłonie (po uzbrojeniu trokara wysuwa się tylko raz i chowa po ustąpieniu oporu tkanek by następnie zostać zablokowane - minimalizacja ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych). Wizualny wskaźnik położenia ostrza oraz dźwiękowy sygnał informujący o jego wysunięciu. Produkt sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Renata Paźola
Renata Paźola