



**Szpital Powiatowy
w Rawiczu Sp. z o.o.**

ul. Gen. Grotą Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)
E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl
NIP: 699-19-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422
Bank Gospodarstwa Krajowego: 44 1130 1088 0001 3108 3620 0001
Kapitał zakładowy: 51 mln 215 tys. zł w całości opłacony



Rawicz dnia 22.04.2026r.

NLO-3820-05/ZO/26

Do wiadomości
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „Zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych”

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Cześć 4

Prosimy o dopuszczenie preparatu do odkażającego higienicznego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała przed zabiegami operacyjnymi, wykazujący działanie bakteriobójcze (czas działania 30sek.), drożdżakobójcze (czas działania 60sek.), Preparat na bazie 2% chlorheksydy. Skuteczność do 24h. Bez zapachu i barwników

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 2:

Zwracam się z prośbą o wskazanie nazwy i producenta myjni jaka jest w posiadaniu Zamawiającego.

Odpowiedź: Myjnia Topic producenta Meiko.

Pytanie nr 3

Dot. części 1

Czy zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray i Nocomax?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4

Dot. części 1

Czy Zamawiający dopuści roztwór wodny gotowy do użycia przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. Produkt posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania umowy. Wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze min. 140 m³ z zastosowaniem jednego urządzenia. W rejestracji biobójczej potwierdzenie możliwości stosowania w szpitalach, klinikach i w miejscach w których wytwarzana jest żywność. Nie powoduje korozji i nie pozostawia śladów po procesie, wysoka biodegradowalność. Na butelce preparatu jest nadrukowana podziałka wyrażona w mililitrach w celu łatwej weryfikacji ilości zużytego oraz pozostałego preparatu. Okres przydatności - 2 lata od daty produkcji.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. części 1

Czy zamawiający potwierdza, że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia Nocospray/Nocomax dopuszczone do stosowania są wyłącznie preparaty wskazane przez producenta urządzenia, a ich parametry (stężenie, dawkowanie, sposób aplikacji) są integralnie powiązane z programowaniem urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.